

科室	序号	设备名称	单价 (万)	参数
病房	1	放大镜	4.5	1、放大倍率: 2.5-3倍; 2、观察距离: 350-550mm; 3、视野范围: 直径不小于38mm。
院感	2	内镜微生物检测系统	4.9	1、用于水溶性样本薄膜过滤法。 2、泵流量: 大于等于700ML/MIN 3、220v电压
安保	1	钉钉人脸识别设备魔点D2	0.5	钉钉人脸识别设备魔点D2
安保	2	钉钉人脸识别设备魔点D3	0.7	钉钉人脸识别设备魔点D3
安保	3	魔点ETK-32梯控	1.2	报价需包含电梯网桥施工费
核医学	1	注射泵	0.5	1、必须具备医疗器械注册许可证 (三类) ; 2、使用有效期大于等于10年; 3、支持胰岛素, 化疗药, 镇痛药输注; 4、彩色触摸屏。
核医学	2	心电监护仪	2	1、12寸以上彩色电容触摸屏且可根据环境光调节亮度。 2、具备电池 3、可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数。 4、具备心拍类型识别功能 5、具备心律失常分析, 包括房颤、室颤、停搏等
核医学	3	除颤仪	4.95	1、用于病房患者抢救,非 AED;
病房	3	手术器械	1.03	双极电凝抓钳: D6513, 分离头, 直径5mm, 长度330mm 无损抓钳: D6520, 直径5mm, 长度330mm 弯分离钳: D6503C, 直径5mm, 长度330mm
病房	4	角转子	0.3	1、转子容量角转子24X1.5/2.0ml 2、转速(rpm)≥100-16000rpm 3、最大相对离心力(xg)≥23470 Xg 4、运用主机型号: 4-20R, 前处理分离1.5ML和2.0ML使
病房	5	生活冰箱	0.35	1、总容量: 不小于200升 2、冷冻室: 不小于60升 3、冷藏室: 不小于140升 4、压缩机类型: 变频 5、电源: 220伏 6、立式上下开门
病房	6	医用冰箱	0.75	1、总容量: 不小于180升 2、冷冻室: 不小于60升 3、冷藏室: 不小于120升 4、温度显示: 5、冷藏: 2-8℃ 6、冷冻: -10~-20℃ 7、带温度调节与温度显示, 具有报警功能 8、电源: 220伏 9、立式上下开门
病房	7	单通道输液泵	0.5	1、必须具备医疗器械注册许可证 (三类) 及输血功能; 2、使用有效期大于等于10年; 3、支持输血功能; 4、彩色触摸屏。
病房	8	注射泵	0.5	1、必须具备医疗器械注册许可证 (三类) ; 2、使用有效期大于等于10年; 3、支持胰岛素, 化疗药, 镇痛药输注; 4、彩色触摸屏。
体检中心	1	体质辨识仪	3	用于开展慢病管理
体检中心	2	心电图机	2	基础体检项目
技能培训中心	1	手术器械	3.4	详见附件

类别	序号	器械名称	规格型号
模拟腔镜手术器械	1	弯分离钳	330×Φ5
	2	抓钳	330×Φ5
	3	持针器	330×Φ5 弯头
	4	弯剪	330×Φ5
模拟开放手术器械	5	大镊子	250, 直
	6	小镊子	140, 直
	7	剪刀	160, 弯圆
	8	弯钳	160, 弯, 全齿
	9	持针钳	160, 直, 粗针
	10	组织器	160, 直
	11	蚊氏钳	125, 弯蚊, 全齿
	12	十二指肠钳	240, 弯, 全齿
	13	小直角	180×15×90°, 角弯, 全齿
	14	代牙钳	180, 弯, 全齿, 有
	15	扁桃体钳	250×2.7, 圆弯 R22×22 (大弯)
	16	胃肠钳	220, 直, 斜齿
	17	小拉钩	(117, 120) 一副
	18	铜板	160, 直形
	19	海绵钳	250×8, 弯有齿
显微训练器械	20	显微镊	18.0cm De Bakey 直形直头 头宽1mm 圆
	21	显微持针钳	15.0cm 直形直头 空心扁柄 无锁扣
	22	显微剪	16.0cm GomeI 直形弯头 尖扁柄